

РАЗЯСНЕНИЯ, съгласно чл.29 от ЗОП във връзка с постъпило на 03.02.2015г.
запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на апаратура за фракциониране и пречистване на биологични пробы и
флуориметричен и спектрофотометричен анализ в микроплаки за нуждите на Invitro
лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за
разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и
лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения по
проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, приоритетна ос 1:
„Развитие на икономика, базирана на знанието и инновационните дейности", съгласно
договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001".

Въпрос: В техническата спецификация и изисквания за изпълнение /част Б от глава III „Описание на проекта и предмета на поръчката. Техническо задание и изисквания за изпълнение“/ от тръжната документация в частта IV.-4. Едноканални пипети с вариабилен обем, като минимално изискване са описани осем-канални, а не едноканални пипети за обеми 2-20мкл, 20-200мкл, 100-1000мкл и 500-5000мкл. Моля, отговорете какви пипети следва да се предложат с офертата за тези обеми – едно- или осем-канални??

Отговор: В текста, описващ минималните изисквания към доставката на едноканални пипети с вариабилен обем (Раздел III, Б. Техническа спецификация и изисквания за изпълнение, 1. Общо количество и обем на доставката, т.IV.-4), е допусната явна фактическа грешка, като в изискванията за пипети за обеми 2-20мкл, 20-200мкл, 100-1000мкл и 500-5000мкл е посочено, че трябва да са осемканални. Предмет на доставката по тази точка, както е видно от заглавието й, са едноканални пипети с вариабилен обем, съответно изискванията към всички пипети по тази точка, вкл. по отношение на пипетите за обеми 2-20мкл, 20-200мкл, 100-1000мкл и 500-5000мкл е те да са едноканални.

Въпрос: В техническата спецификация и изисквания за изпълнение /част Б от глава III „Описание на проекта и предмета на поръчката. Техническо задание и изисквания за изпълнение“/ от тръжната документация в частта V. Система за бърза течна хроматография на протеини – окомплектовка с хроматографски колони, аксесоари и матрици, е описана колона с дължина 100мм и вътрешен диаметър 16мм. Моля, потвърдете това ли е колоната, която се изиска, или става въпрос за колона с дължина 100см и вътр. диам. 16мм?

Отговор: В текста, описващ минималните изисквания към доставката на Система за бърза течна хроматография на протеини (FPLC) (Раздел III, Б. Техническа спецификация и изисквания за изпълнение, 1. Общо количество и обем на доставката, т.V) е допусната

техническа грешка, като в изискванията за изпълнение"/ от тръжната документация в частта V.
Система за бърза течна хроматография на протеини – окомплектовка с хроматографски колони, аксесоари и матрици, е описана колона с дължина 100мм и вътрешен диаметър 16мм. Дължината на посочената колона следва да е 1000 мм. Вътрешният диаметър на колоната е с коректен размер – 16 мм.

06.02.2015г.

Гр. София

Елица Панайотова,

Изпълнителен директор на

„София Тех Парк“ АД

