

Лвх. № 384/18.05.2015г.

РАЗЯСНЕНИЯ съгласно чл.29 от ЗОП във връзка с постъпило запитване на 14.05.2015г. относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на оборудване за микронанолаборатория по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, (Обект №4)".

Въпрос: Въпрос към обособена позиция №1 с наименование „Сtereo микроскоп с цифрова камера“. В наименованието на позицията е упоменат „Сtereo микроскоп с цифрова камера“, но в спецификацията е описан класически прав светлинен микроскоп с 4 бр. отделни обективи. Моля да уточните точно вида на желаниия от Вас микроскоп – стерео-микроскоп или класически прав светлинен микроскоп.

Отговор: Изисква се доставка на стерео zoom микроскоп, специализиран за полупроводникови компоненти с посочените в спецификацията минимални параметри и функционалност.

Въпрос: В наименованието на позицията е упоменат „Сtereo микроскоп с цифрова камера“, но в спецификацията липсва описание на техническите параметри на камерата. Моля да поясните дали микроскопът трябва да бъде окомплектован с камера или само да има възможност за монтаж на такава?

Отговор: Микроскопът следва да има само възможност за монтиране на вградена цветна цифрова камера между микроскопското тяло и зрителната глава и няма необходимост да бъде снабден с такава.

Въпрос: Въпрос към обособена позиция №3 с наименование „Сtereo zoom микроскоп, малък“. В описанието на микроскопската камера е специфицирано „Минимална резолюция 1280x1024 пиксела (1.3 MPix), CMOS сензор 1/3“, Минимален размер на пикселите 5,2 µm x 5.2 µm ...“ Ако бъде предложена камера с по-добра разделителна способност, следва размерът на пикселите да бъде по-малък, което е по-

добър функционален параметър на системата. Бихте ли приели камера с по-висока резолюция и пиксели с по-малък размер?

Отговор: В спецификацията са посочени минималните изисквания към техническите параметри на камерата. Всяка камера с по-добра резолюция от минимално посочената отговаря на спецификацията.

18.05.2015г.

Гр. София



Елица Панайотова,
Изпълнителен директор на
„София Тех Парк“ АД